300CP マイクロ・カッティング・マシン

仕様書

公立大学法人和歌山県立医科大学

１　調達物品の構成内容と必要な仕様

機器名：300CP マイクロ・カッティング・マシン　　一式

（内訳）　　数量

１　本体　　１台

２　その他の必要条件

１　障害支援体制

２　設置条件

３　その他

１　調達物品の構成内容と必要な仕様

１－１　本体

1-1-1　最大カッティング面は、100㎜×80㎜であること。

1-1-2　ダイヤモンドバンドソー速度は、10～560m/minであること。

1-1-3　カッティングフォースは、0.25～1.0Nであること。

1-1-4　CPスウィング角度は、±7°、±14°、±28°であること。

1-1-5　自動試料送りピッチは、1㎜～であること。

1-1-6　手動試料送りピッチは、10μm～であること。

1-1-7　冷却方式は、水循環方式であること。

1-1-8　ダイヤモンドバンドの厚みは、200μmであること。

1-1-9　装置寸法は、幅660×奥行560×高さ850㎜以下であること。

1-1-10　重量は、35kg以下であること。

1-1-11　電源は、100V　50/60Hz　90Wであること。

２　その他必要条件

２－１　障害支援体制

2-1-1　本機種に障害が生じた場合、復旧のための迅速な対応が行えること。

2-1-2　障害時対応として、修理部品が用意されていること。

2-1-3　サービスエンジニア体制が整っていること。

２－２　設置条件

2-2-1　設置の管理者、運用者に技術指導を行うこと。

2-2-2　納入期限は、平成28年3月31日(木)とする。

2-2-3　納入場所は、附属病院中央棟3階病理診断科とすること。

2-2-4　納入機器は、最新機、新造、未使用であること。

2-2-5　指定納入場所への設置に関する据付、配線、調整等の作業は、契約金額内で施工すること。

２－３　その他

2-3-1　日本語の取扱説明書を提供すること。

2-3-2　品質保証期間は、納入日から1年間とすること。

2-3-3　適合参考物品　　マイクロ・カッティング・マシン
品番:BS-300CP　メーカー:メイワフォーシス株式会社

2-3-4　同等品は、可とする。

ただし、適合参考物品以外で応札する場合は、平成27年8月12日(水)までに公立大学法人和歌山県立医科大学事務局経理課あて同等品であることを証明する書類（カタログ等を含む）を提出し、平成27月8月18日（火）までにその承認を得ること。この場合において、適合参考物品以外の物品につ

いては、規格等の各項目についてその性能・機能等を十分明らかにするものとしなければならない。

2-3-5　仕様書に関する質問がある場合は、平成 27 年 8 月 12 日（水）までに下記へ書面により行うこと。

公立大学法人和歌山県立医科大学事務局経理課
〒641-8510
和歌山市紀三井寺 811－1
TEL 073-441-0706 / FAX 073-441-0721